Cloeren Technology
gut zu wissen

- Materialographie-Bedarf
- Werkstofftechnische Schulungen
- Hauseigenes Applikationslabor

Bedienungsanleitung

Reprint CT 1000D

1 **Verschlusskappe** der Kartusche **abnehmen** (und aufbewahren).

2 **Mischkanüle** (ggf. mit Aufsatzspitze) **aufsetzen.**

3 **Kartusche** in die Mischpistole **einlegen** und **arretieren** (geht nur wenn der Kolben komplett zurückgezogen ist).

4 Eine **kleine Menge Reprint CT** herausdrücken (um den 2-Komponenten-Inhalt richtig zu mischen) und **verwerfen**.



5 **Reprint CT** auf die abzuformende Fläche **aufbringen und aushärten** lassen (5 – 7 Minuten bei RT).

6 Nach Fertigstellung die **Mischpistole** mit dem Hebel **entspannen** und den **Kolben** ganz **zurück ziehen**.

7 **Mischkanüle entfernen** und **entsorgen** (Einweg). Die **Kartusche** mit der Verschlusskappe **schließen**.

8 **Arretierung lösen** und die **Kartusche** zur Lagerung **entnehmen**.

Cloeren Technology GmbH
In Petersholz 44
D-41844 Wegberg

Tel.: +49 (0)2432/8902510
Fax: +49 (0)2432/8902519
E-Mail: info@cloeren.de
Internet: www.cloeren.de

Sparkasse Krefeld
IBAN DE68320500000016014300
BIC SPKRDE33XXX

Sitz der Gesellschaft: Niederkrüchten
Amtsgericht Mönchengladbach
HRB 12738 · Geschäftsführer:
Heinz-Hubert Cloeren

Cloeren Technology
good to know

- Consumables for the specimen preparation
- Materials technology training
- In-house application laboratory

USER GUIDE

Reprint CT 1000D

1 **Remove** the **cap** of the cartridge (and keep it).

2 **Attach** the **mixing tip** (with attachment tip, if necessary).

3 **Insert** the **cartridge** into the mixing gun and **lock it** in place (this only works when the piston is completely retracted).

4 Squeeze out a **small amount of Reprint CT** (to mix the 2-component content properly) and **discard**.



5 **Apply Reprint CT** to the surface to be molded and **allow to cure** (5 - 7 minutes at RT).

6 After finishing **relax** the **mixing gun** with the lever and **pull** the **piston** all the way back.

7 **Remove mixing tip** and **discard** (disposable). **Close** the **cartridge** with the sealing cap

8 **Release** the **lock** and **remove** the **cartridge** for storage.

Cloeren Technology GmbH
In Petersholz 44
D-41844 Wegberg

Tel.: +49 (0)2432/8902510
Fax: +49 (0)2432/8902519
E-Mail: info@cloeren.de
Internet: www.cloeren.de

Sparkasse Krefeld
IBAN DE68320500000016014300
BIC SPKRDE33XXX

Sitz der Gesellschaft: Niederkrüchten
Amtsgericht Mönchengladbach
HRB 12738 · Geschäftsführer:
Heinz-Hubert Cloeren